



T.C.
D.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
OKSİJEN MANOMETRESİ CİHAZI
ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI

Doküman No	MC.TL.46
Yürürlüğe Gir.Tar.	09.02.2015
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	02.01.2019
Sayfa No	Sayfa 1/1

1. AMAÇ

Oksijen manometresi cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması:

- 6.1.1. Oksijen tüpüne oksijen başlığı monte edilir.
- 6.1.2. Oksijen verme katateri hastanın burnuna takılır.
- 6.1.3. Oksijen tüpünün basınç göstergesi (manometre) doktor istemine göre ayarlanır.
- 6.1.4. Hastaya doktorun istediği süre kadar oksijen verilir.
- 6.1.5. İşlem bittikten sonra oksijen verme katateri çıkarılır.
- 6.1.6. Oksijen tüpü yerine kaldırılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.16.2.1. Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU’NU düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise ARIZA BİLDİRİM FORMU ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri “TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU”na işler.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda ARIZA BİLDİRİM FORMU doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir.

6.2.4. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza hastane imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3. Oksijen Manometresi Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1. Aylık Bakım:

- 6.3.1.1. Monometre üzerindeki ibre kontrol edilir.
- 6.3.1.2 kaçak kontrolü yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. TIBBİ CİHAZ BAKIM – KALİBRASYON PLAN FORMU
2. BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU
3. BAKIM VE KALİBRASYONA TABİ CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM PLAN FORMU
4. BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU
5. ARIZA BİLDİRİM FORMU
6. BAKIM VE ONARIM TALEP FORMU